



Informátor Hemato-onkologické kliniky FNOL 1/2021

Ukončení výroby zkumavek VACUETTE® 4,5 ml s 3,2 % citrátem sodným pro koagulační vyšetření

Koagulační laboratoř

Koagulační laboratoř Hemato-onkologické kliniky si Vám dovoluje oznámit, že výrobce vakuových zkumavek na odběr krve Vacuette, firmy Greiner Bio-One, ukončuje výrobu zkumavek VACUETTE® 4,5 ml s 3,2 % citrátem sodným pro koagulační vyšetření, kat. číslo 454329. Důvodem je, že podle evropské normy EN ISO/DIS 6710 v aktualizované verzi platné pro všechny členské země EU musí zůstat nad nabraným vzorkem dostatečný prostor pro účinné promíchání krve s chemickým aditivem. To ale nelze při objemu vzorku 4,5 ml u zkumavky s podle výše uvedené normy přesně definovanými vnějšími rozměry 13 x 75 mm a dobou použitelnosti (shelf life) 12 měsíců splnit.

Zkumavka 454329 měla větší objem a dobu použitelnosti pouze 6 měsíců, protože byla jednoplášťová.

Nová zkumavka VACUETTE® 3,5 ml s 3,2 % citrátem sodným, kat. číslo 454327, s dostatečným volným prostorem nad hladinou vzorku je dvouplášťová a dobu použitelnosti má 12 měsíců. Vnitřní povrch nové zkumavky je oproti zkumavce 454329 z polypropylénu, který je dokonale inertní a garantuje správné a přesné výsledky vysoce citlivých vyšetření např. koagulačních faktorů nebo agregace trombocytů. Podmínky použití a zpracování jsou identické.

Vyrobené zkumavky 454329 se tedy budou nahrazovat na všech odděleních FNOL a ke dni **1.2.2021** budou používány **pouze nové zkumavky 454327**.

Věříme, že jejich lepší parametry oceníte a budou Vám vyhovovat lépe než ty původní.

Platnost od: **1. 2. 2021**

Vypracoval: Mgr. Jana Úlehlová, Ph.D.

Schválil: prof. MUDr. Tomáš Papajík, CSc., MUDr. Antonín Hluší, Ph.D.,

doc. Mgr. Luděk Slavík, Ph.D.,